

JCSS

20250403評基第002号
2025年4月9日

登 録 証

出光 NTG 株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 2 9 7

事業所の名称 出光 NTG 株式会社 標準室

所 在 地 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目12番4号

登録に係る区分 粘度（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 2027年6月16日

2025年4月9日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 長谷川



登録（認定）に係る区分：粘度

法律に基づく初回登録年月日：2012 年 12 月 25 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2012 年 12 月 25 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：粘度標準液 [2023 年 6 月 17 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
粘度標準液	粘度計校正用標準液	0.5 mm ² /s 以上 1.8 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.09 %
		1.8 mm ² /s 以上 5.0 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.09 %
		5.0 mm ² /s 以上 20 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.10 %
		20 mm ² /s 以上 150 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.10 %
		150 mm ² /s 以上 940 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.12 %
		940 mm ² /s 以上 2 000 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.14 %
		2 000 mm ² /s 以上 14 000 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.14 %
		14 000 mm ² /s 以上 52 000 mm ² /s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.16 %
		52 000 mm ² /s 以上 192 000 mm ² /s 以下	20 °C以上 40 °C以下	0.18 %
	粘度計校正用標準液	0.4 mPa・s 以上 1.4 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.10 %
		1.4 mPa・s 以上 4.1 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.10 %
		4.1 mPa・s 以上 17 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.10 %
		17 mPa・s 以上 130 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.11 %
		130 mPa・s 以上 820 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.12 %
		820 mPa・s 以上 1 800 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.14 %
		1 800 mPa・s 以上 12 000 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.14 %
		12 000 mPa・s 以上 46 000 mPa・s 未満	20 °C以上 40 °C以下	0.16 %
		46 000 mPa・s 以上 168 000 mPa・s 以下	20 °C以上 40 °C以下	0.19 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。